



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

Allegato A

Caratteristiche tecniche minime

N. 22 letti elettrici per degenza con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

1. Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi con piano in ABS asportabile, dim. Esterne 210 x 98 cm circa
2. Estensione della superficie paziente
3. Altezza variabile elettrica da circa min. cm. 37 a circa max cm 75
4. Movimentazione su colonne telescopiche o leveraggi incolonnati su binario
5. Traslazione della base dello schienale durante il sollevamento
6. Comandi elettrici integrati nelle semi sponde laterali sia internamente che esternamente
7. Schienale elettrico elevabile sino a 65°, elevazione elettrica della sezione ginocchia fino a 20°, movimentazione della zona gambe sino a 20°, funzioni trendelemburg ed antitrendelemburg elettriche da 0° a +/- 17°, autocontour intelligente: contemporanea elevazione sezione schienale e sezione femorale ritardata, comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare ottenibile con leva di emergenza su entrambi i lati del letto e tramite pulsante dedicato
8. Testa letto e piede letto facilmente sfilabili in polipropilene con blocchi selettivi
9. Quattro semi sponde laterali a caduta verticale ammortizzata
10. Batteria auto caricante
11. Struttura su 4 ruote di diametro 150 mm circa con sistema di frenatura centralizzato a barra
12. Allarme letto non frenato
13. Alloggiamenti per aste ed accessori sia in zona testa che in zona piedi
14. Massimo carico di lavoro sicuro almeno 210 Kg
15. Quattro ruote paracolpi ai 4 angoli
16. Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe siringhe fissa alla struttura non inclinabile durante il trendelemburg
17. Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura
18. Asta solleva malati fissa alla struttura con cinghia regolabile e triangolo
19. Posizione di discesa paziente ottenibile con un solo tasto
20. Centralina comandi per monitorare le operazioni e movimentazioni sul paziente
21. Posizione di "poltrona cardiologica" ottenibile con un solo pulsante
22. Fermi adattabili e regolabili per blocco materassi perimetrali
23. Indicatore luminoso di altezza minima da terra
24. Luce di cortesia notturna, bicolore escludibile
25. Sistema di allarme e monitoraggio per interventi tecnici manutentivi
26. Indicatore dei gradi di inclinazione della sezione schienale e del Trend/antitrend
27. Materasso antidecubito preventivo in schiuma densità minima 40 Kg/Mc e compatibilità con i letti certificata.