



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

**U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI**

**PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI PALMARI PER LO SCREENING
UDITIVO NEONATALE.**

CIG 4641474981

ALLEGATO "A"
Caratteristiche tecniche minime

N. 19 SISTEMA PALMARE PER LO SCREENING UDITIVO NEONATALE
Prezzo unitario a base d'asta: € 3.700,00 + IVA








Caratteristiche tecniche minime:

- Esecuzione dello screening uditivo neonatale tramite il rilevamento delle otoemissioni acustiche cocleari con risposta di tipo PASS/REFER.

Apparecchiatura dotata di:

- Sistema di esclusione del rumore basato su almeno 8 diversi buffer di acquisizione.
- Sonda angolata e leggera.
- Display grafico di tipo Touchscreen resistivo con risoluzione di almeno 240 x 320 pixel per il rilevamento del tracciato statistico del segnale in fase di rilevazione per permettere di monitorare accuratamente lo stato di avanzamento del test e all'operatore di interagire, con estrema semplicità, con lo strumento.
- Controllo automatico della calibrazione della sonda con cavità campione integrata nello chassis dello strumento, da effettuarsi giornalmente e raffigurante la risposta frequenziale della stessa.
- Docking station per l'alloggiamento dello strumento, la ricarica della batteria e il trasferimento dei dati al PC con connessione USB.
- Indicazione della stabilità dello stimolo e degli artefatti durante ogni test.
- Capacità di memoria: minimo 250 pazienti (dati paziente e grafici statistici) in database interno e 500 tests.
- Software PC Windows con possibilità di esportazione dati dallo strumento al PC e dal PC allo strumento in modalità bi-direzionale per la completa gestione del database e dei test.
- Possibilità di creare profili di accesso allo strumento per gli operatori mediante password per la privacy del paziente e dell'operatore stesso.

L'APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COMPLETA DEI SEGUENTI ACCESSORI:

-  sonda intercambiabile e facilmente smontabile per una semplice manutenzione.
-  Kit di primo utilizzo dello strumento con dotazione di tappini, kit pulizia, ecc.
-  Batteria ricaricabile.
-  Porta USB per comunicazione con PC.
-  Lingua selezionabile dall'operatore (italiano compreso).
-  Software per la gestione dei dati dei pazienti da installare su PC che consenta la gestione centralizzata dello screening.
-  Valigetta morbida per il trasporto e la custodia dello strumento ed accessori.

Timbro e firma per accettazione _____